



MUNICÍPIO DE CONTENDA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Municipal de Saúde
Rua Desembargador Lauro-Lopes, 385 - (41) 3625-1013

Memorando Nº 043/2020

Contenda, 05 de agosto de 2020.

De: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Departamento de Licitação – Patrik Alves –Pregoeiro

Assunto: Análise das amostras apresentadas – Pregão Eletrônico 045/2020

Venho por meio deste com o objetivo de atender o item 3 do anexo 1 do edital, encaminhar a avaliação das amostras apresentadas pelas empresas detentoras da segunda melhor oferta pra aos lotes 01, 02, 04, 05, 06 e 11 pertencentes ao Pregão Eletrônico 045/2020 que tem por objetivo a Aquisição de Curativos Especiais.

Após análise das amostras pela Secretaria Municipal de Saúde de acordo com o Prejulgado 22 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR), encaminho parecer abaixo:

DANIELE DAGIOS EPP		
LOTE	DESCRIPTIVO	AVALIACÃO DA AMOSTRA
01	Bota de Unna constituído por atadura 100% algodão impregnada com pasta contendo Óxido de Zinco 10%, Goma Acácia, Glicerina, Água Deionizada, Óleo de Rícino e Petrolatum para utilização no tratamento de úlceras venosas e edema linfático. Tamanho 10,2cm x 9,14m.	REPROVADA A amostra apresentada pela empresa não atendem as especificações do edital, conforme o descritivo do item solicita 100% algodão, o produto oferecido devido ser de algodão e poliéster, não corresponde ao que foi solicitado, o que resulta no comprometimento da conformidade ao ser aplicada ao membro, sendo assim pode comprometer a contenção adequada. É por não apresentar a quantidade solicitada no descritivo do edital em relação ao óxido de zinco 10% tendo em vista que garante a manutenção da hidratação da pele, sendo assim entende-se que o descritivo do edital é soberano e esse produto não atende fidedignamente o que foi solicitado (empresa realizou a entrega das amostras em 04/08/2020).



MUNICÍPIO DE CONTENDA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Municipal de Saúde
Rua Desembargador Lauro Lopes, 385 - (41) 3625-1013

NÚCLEO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		
LOTE	DESCRIPTIVO	AValiação DA AMOSTRA
06	Espuma de Poliuretano, ultra-absorvente, com possibilidade de recorte, composta por três camadas: Uma permite uma conformidade suave ao leito da lesão e à pele perilesional, a segunda camada absorvente e com retenção vertical do exsudato, a terceira uma película protetora de filme de poliuretano impermeável a água, fluidos corporais e microorganismos patogênicos, e permeável a vapor e trocas gasosas, com bordas biseladas. Tamanho total do curativo 10x10 cm.	APROVADA A amostra apresentada pela empresa atende as especificações do edital. (empresa realizou a entrega das amostras em 04/08/2020)
11	Curativo a base de gel transparente, amorfo, de consistência coesa, composto de carboximetilcelulose sódica e alginato de cálcio e água purificada. Sem aditivos, acondicionado em embalagem estéril, frasco tipo sanfona com aplicador bico longo. Apresentação aproximadamente 25gr.	APROVADA A amostra apresentada pela empresa atende as especificações do edital. (empresa realizou a entrega das amostras em 04/08/2020)

INTEGRA SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA EPP		
LOTE	DESCRIPTIVO	AValiação DA AMOSTRA
02	Compressa de gaze não aderente, em rayon, 7,5x15cm, embebida com 10ml de ácidos graxos essenciais, associado a óleos de melaleuca e copaíba, composto pelos ácidos linoléico e oléico, contendo ainda ácido capríco, caprílico, láurico, palmítico, mirístico, estearico, palmitato de retinol, acetato de tocoferol e lecitina de soja. Registro na ANVISA como correlato classe grau de risco IV, com indicação para prevenção e tratamento de feridas.	REPROVADA A amostra apresentada pela empresa não atende as especificações do edital, o tamanho não confere com o descrito e não possui a composição a qual esta grifada (empresa realizou a entrega das amostras em 04/08/2020).
04	Cobertura primária, desodorizante e bactericida indicada para feridas potencialmente contaminadas ou infectadas, exsudativas, com ou sem odor, composta de tecido de carvão ativado impregnado com ions de nitrato de prata metálica (33ug/cm ²), envolto por um não tecido tramado por filamento contínuo (spunbounded) de nylon	APROVADA A amostra apresentada pela empresa atende as especificações do edital. (empresa realizou a entrega das amostras em 04/08/2020)



MUNICÍPIO DE CONTENDA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Desembargador Lauro Lopes, 385 - (41) 3625-1013

	selado em toda a sua extensão, atóxica hipoalergênica. Estéril, embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, o produto deve apresentar validade acima de 36 meses. Tamanho 10,5x10,5cm.	
05	Cobertura primária, desodorizante e bactericida indicada para feridas potencialmente contaminadas ou infectadas, exsudativas, com ou sem odor, composta de tecido de carvão ativado impregnado com íons de nitrato de prata metálica (33ug/cm ²), envolto por um não tecido tramado por filamento contínuo (spunbounded) de nylon selado em toda a sua extensão, atóxica hipoalergênica. Estéril, embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, o produto deve apresentar validade acima de 36 meses. Tamanho 10,5x19cm.	APROVADA A amostra apresentada pela empresa atende as especificações do edital. (empresa realizou a entrega das amostras em 04/08/2020)

Atenciosamente,

Janayna Paçilha Miguel

Assessor Executivo de Secretário Municipal

Coordenação da Atenção Primária a Saúde